



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000

Trizidela do Vale - MA, 04 de junho de 2020.

SOLICITAÇÃO DE DESPESAS

A Senhora
Natália Santos Dias Vieira
Chefe do Setor de Compras

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0406001/20
FLS. 03
RUB. _____

Prezada,

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação de despesa, para aquisição emergencial de 01 (uma) ambulância suporte avançado USA/UTI móvel, destinada ao atendimento dos usuários do Município de Trizidela do Vale/MA, no transporte de doentes, como medida de enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), estando regulamentado na Lei nº 13.979/2020, Art. 4º c/c a Lei Federal 8.666/93 e demais decretos, para que sejam realizadas as pesquisas de preços praticados no mercado, de acordo com as informações abaixo:

ESPECIFICAÇÕES					
ITEM	VEICULO	UND.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
1	Ambulância UTI, tipo Furgão 416 longa Teto Alto 10,5 m3 Ano 2020 • Distância entre eixos: 3,66 mm • Motor: Mercedes-Benz OM651 – 163 CV Bi Turbo • Câmbio: ZF manual 6 marchas • Airbag do motorista e passageiro • Vidros elétricos travas e retrovisores elétricos/ Travamento das portas por controle • Chave eletrônica Keyless (Strat/Stop) • ABA (Assistente ativo de frenagem) • Segurança Ativa: ESP ADAPTATIVO (ABS, ASR, BAS, EBV) • ABS (Sistema anti bloqueio dos freios) • ASR (Controle de tração) • BAS (Servofreio de emergência) • EBV (Distribuição eletrônica da força de frenagem) • Assistente de vento lateral • Ar condicionado digital • Direção elétrica				



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0106001 / 120
FLS. _____
RUB. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000

<ul style="list-style-type: none">• Assistente de partida em rampa• Ajuste do volante, banco e faróis <p>Ambulância:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Janela colada com vidro de correr opacados na porta lateral2. Vidros opacados nas portas traseiras3. Passagem de comunicação entre cabine e ambulatório, confeccionada em chapa de compensado naval e revestida em fórmica texturizada4. Revestimento interno das laterais, caixas de rodas e teto em plástico ABS5. Piso revestido em lençol de PVC de alta resistência6. Isolação termo acústica em poliestireno expandido7. Banco do médico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinto de segurança abdominal, instalado na cabeceira da maca.8. 01 maca com pés retráteis em alumínio com colchonete, cintos de segurança e sistema de travamento9. Proteção em aço inox nas áreas de descanso das rodas da maca10. Mobiliário interno na lateral esquerda do salão composto de balcão com local para acondicionamento dos equipamentos médicos, prancha de remoção, bateria auxiliar e inversor. Armário para 02 cilindros de oxigênio. Armário superior ocupando toda extensão da lateral dotado de portas corrediças em acrílico transparentes. Torre entre armário superior e balcão composto por 02 nichos com leve inclinação para alocar maletas. Todos os móveis são confeccionados em chapa de compensado naval e revestido em fórmica texturizada e sem quinas vivas11. 01 banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento12. Porta lixeira13. Régua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e umidificador				
---	--	--	--	--



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 040692 / 11/20
FLS. _____
R/B. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
CNPJ. 01.558.070/0001-22
END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 – AEROPORTO-65727-000

<p>14. Suporte duplo para cilindros 15. 01 cilindro oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro 16. Pega mão fixado no teto, em perfil tubular revestido em PVC 17. Suporte para soro e plasma acoplado pega mão 18. Sinalizador tipo barra com Leds de alto brilho, sirene eletrônica (100W) de quatro tons e megafone 19. 06 sinalizadores pulsantes nas laterais de Leds, na cor vermelha 20. 02 sinalizadores pulsantes na traseira de Leds, na cor vermelha 21. Farol de embarque traseiro 22. 05 luminárias internas de Leds de dupla intensidade instaladas no teto 23. 02 luminárias internas de Leds com foco dirigido sobre maca 24. Painel de comando com chaves disjuntoras, interruptores para iluminação, inversor exaustor, 04 tomadas 2P+T, alimentadas via energia externa e via inversor, mais 02 tomadas 12 volts instaladas na bancada 25. Cabos elétricos, antichamas 26. 01 exaustor embutido no teto 27. Bateria auxiliar 105Ah estacionária, sem manutenção 28. Inversor 12Vcc->110Vca 1000W de potência 29. Tomada para captação de energia externa 30. Suporte para bomba de infusão 31. Local para cadeira de rodas 32. Grafismo composto de "AMBULANCIA" invertido no capô, normal na traseira 33. Complemento do ar condicionado original da cabine para o salão de atendimento caixa evaporadora e pré-condensador.</p>				
--	--	--	--	--


Arilene Buzerra Oliveira Leitão
Secretária Municipal de Saúde