



CPL – TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2001001/2022
FLS. 461
RUB _____ ✓

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022

OBJETO: Seleção de proposta visando a aquisição de equipamentos esterilizador a vapor (autoclave), medidos de coagulação sanguíneas semiautomático e analisador de hematologia automático para o Hospital Municipal de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 2001001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2022, o Termo de Adjudicação, para o presente certame.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 015/2022

Resultado da Adjudicação

| | |
|--------------------------|--|
| Item: | 0001 |
| Descrição: | ESTERILIZADOR A VAPOR (AUTOCLAVE). ESPECIFICAÇÃO: AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE COM CÂMARA CILÍNDRICA E FLANGE FRONTAL RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 408 X 408 X 605 MM. VOLUME DE 100 LITROS E CAPACIDADE PARA DUAS (02) UNIDADES DE ESTERILIZAÇÃO (U.E.) PADRÃO ISO. APLICAÇÃO: DESTINADO À ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL DE DENSIDADE COMO CAMPOS E ROUPAS CIRÚRGICAS, INSTRUMENTAIS E UTENSÍLIOS EMPACOTADOS OU NÃO, VIDROS, LUVAS, SERINGAS, BORRACHAS, INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO SOCORRO E ATENÇÃO AMBULATORIAL, CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICA E LABORATÓRIOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE. UTILIZA VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM FASE DE CONDICIONAMENTO DA CARGA COM REMOÇÃO DE AR ATRAVÉS DE PULSOS DE VÁCUO E PRESSÃO DE VAPOR E SECAGEM SOB VÁCUO. |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 143.987,50 |
| Valor Final: | 127.995,00 |
| Valor Total: | 127.995,00 |
| Adjudicado em: | 09/03/2022 - 18:01:01 |
| Adjudicado por: | Francisca Regilda Furtado Leite |
| Nome da Empresa: | LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI (28.767.561/0001-30) |
| Modelo: | AHC DZ 1P-39209 - 100 LITROS |
| Item: | 0002 |
| Descrição: | MEDIDOR DE COAGULAÇÃO SANGÜÍNEA SEMIAUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: TIPO WAMA DIAGNÓSTICA - COAGMASTER BR. PARÂMETROS ANALISADOS: TEMPO DE ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPPA), FIBRINOGENÍO (FIB), TEMPO DE PROTROMBINA (TT), HEPARINA (HEP), PROTEÍNA C (PCR), PROTEÍNA S (PRO S), FATORES DE COAGULAÇÃO (II, V, VII, VIII, IX, X, XI E XII), ANTI-TROMBINA III (AT-III), TEMPO DE REPTILASE (REPT), TEMPO DE VENENO DE VÍBORA RUSSEL (RVVT), TEMPO DE FOSFOLÍPIDES DO VENENO DE VÍBORA RUSSEL (RVVCT), DETERMINAÇÃO DE ANTICOAGULANTE LÚPICO (LA). |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 14.172,50 |
| Valor Final: | 14.000,00 |
| Valor Total: | 14.000,00 |
| Adjudicado em: | 09/03/2022 - 18:01:01 |
| Adjudicado por: | Francisca Regilda Furtado Leite |
| Nome da Empresa: | Bentes & Sousa Ltda (63.424.121/0001-80) |
| Modelo: | Yumizen G 200 |
| Item: | 0003 |
| Descrição: | ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, COM CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS, TELA TOUCH SCREEN, INTERFACE SIMPLES, AUTOEXPLICATIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. ARMAZENAMENTO INTERNO DO FRASCO. IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA. ANÁLISE DE NO MÍNIMO 21 PARÂMETROS, COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 60 AMOSTRAS POR HORA, DIFERENCIAL 03 PARTES, NO MÍNIMO 3 HISTOGRAMAS. |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 47.021,67 |
| Valor Final: | 39.890,00 |
| Valor Total: | 39.890,00 |
| Adjudicado em: | 09/03/2022 - 18:01:01 |
| Adjudicado por: | Francisca Regilda Furtado Leite |
| Nome da Empresa: | Bentes & Sousa Ltda (63.424.121/0001-80) |
| Modelo: | H 360 |

Francisca Regilda Furtado Leite

Pregoeiro

