



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2001001/2022  
FLS. 469  
RUB \_\_\_\_\_ ✓

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2001001/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022

OBJETO: Seleção de proposta visando a aquisição de equipamentos esterilizador a vapor (autoclave), medidos de coagulação sanguíneas semiautomático e analisador de hematologia automático para o Hospital Municipal de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 2001001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2022, o Termo de Homologação, para o presente certame.

## **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale  
Fundo Municipal de Saúde  
Pregão Eletrônico - 015/2022

**Resultado da Homologação**

Item:	0001
Descrição:	ESTERILIZADOR A VAPOR (AUTOCLAVE). ESPECIFICAÇÃO: AUTOCLAVE DE PEQUENO PORTE COM CÂMARA CILÍNDRICA E FLANGE FRONTAL RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 408 X 408 X 605 MM, VOLUME DE 100 LITROS E CAPACIDADE PARA DUAS (02) UNIDADES DE ESTERILIZAÇÃO (U.E.) PADRÃO ISO. APLICAÇÃO: DESTINADO À ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL DE DENSIDADE COMO CAMPOS E ROUPAS CIRÚRGICAS, INSTRUMENTAIS E UTENSÍLIOS EMPACOTADOS OU NÃO, VIDROS, LUVAS, SERINGAS, BORRACHAS, INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO SOCORRO E ATENÇÃO AMBULATORIAL, CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICA E LABORATÓRIOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE. UTILIZA VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM FASE DE CONDICIONAMENTO DA CARGA COM REMOÇÃO DE AR ATRAVÉS DE PULSOS DE VÁCUO E PRESSÃO DE VAPOR E SECAGEM SOB VÁCUO.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	143.987,50
Valor Final:	127.995,00
Valor Total:	127.995,00
Situação:	Homologado em 28/03/2022 13:51:05 Por: Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
Nome da Empresa:	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
Modelo:	AHC DZ 1P-39209 - 100 LITROS
Item:	0002
Descrição:	MEDIDOR DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA SEMIAUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: TIPO WAMA DIAGNÓSTICA – COAGMASTER BR. PARÂMETROS ANALISADOS: TEMPO DE ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA), FIBRINOGÊNIO (FIB), TEMPO DE PROTOMBINA (TT), HEPARINA (HEP), PROTEÍNA C (PCR), PROTEÍNA S (PRO S), FATORES DE COAGULAÇÃO (II, V, VII, VIII, IX, X, XI E XII), ANTI-TROMBINA III (AT-III), TEMPO DE REPTILASE (REPT), TEMPO DE VENENO DE VÍBORA RUSSEL (RVVT), TEMPO DE FOSFOLÍPIDES DO VENENO DE VÍBORA RUSSEL (RVVCT), DETERMINAÇÃO DE ANTICOAGULANTE LÚPICO (LA).
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	14.172,50
Valor Final:	14.000,00
Valor Total:	14.000,00
Situação:	Homologado em 28/03/2022 13:51:05 Por: Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
Nome da Empresa:	Bentes & Sousa Ltda
Modelo:	Yumizen G 200
Item:	0003
Descrição:	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, COM CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS, TELA TOUCH SCREEN, INTERFACE SIMPLES, AUTOEXPLICATIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. ARMAZENAMENTO INTERNO DO FRASCO. IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA. ANÁLISE DE NO MÍNIMO 21 PARÂMETROS, COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 60 AMOSTRAS POR HORA, DIFERENCIAL 03 PARTES, NO MÍNIMO 3 HISTOGRAMAS.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	47.021,67
Valor Final:	39.890,00
Valor Total:	39.890,00
Situação:	Homologado em 28/03/2022 13:51:05 Por: Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros
Nome da Empresa:	Bentes & Sousa Ltda
Modelo:	H 360

Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros

Autoridade Competente

